



AOOGRT Prot

/A.50.60

Firenze,



Al Presidente  
del Consiglio Regionale  
della Toscana

Al Settore Assistenza ai lavori  
d'Aula e alla Conferenza di  
programmazione dei lavori -  
Nomine

SEDE

Oggetto: Interrogazione a risposta orale n. 55 "In merito alla necessità di trasferimento del reparto dialisi del presidio ospedaliero di Cisanello" dei Consiglieri Fattori, Sarti.

Facendo seguito alla richiesta dei Consiglieri Sarti, Fattori del 2 febbraio 2016, si trasmette, in allegato, ai sensi dell'articolo 170, comma 2 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale), la risposta scritta all'interrogazione orale in oggetto.

Cordiali saluti.

Il funzionario incaricato  
Dott.ssa Maria Antonia De Paola

All. n. 1




Giunta Regionale  
L'Assessore Diritto alla salute, welfare,  
integrazione socio-sanitaria e sport

Firenze, 2 febbraio 2016

Oggetto : Risposta I.O. 55 "In merito alla necessità di trasferimento del reparto dialisi del presidio di Cisanello"

Per quanto riguarda la risposta all'interrogazione in oggetto, si è provveduto a richiedere una nota informativa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana che ci è stata trasmessa e che si allega alla presente ritenendo possa rappresentare una risposta esaustiva.

Cordiali saluti

Stefania Saccardi  


# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)  
Sede legale: Via Roma, 67 - 56126 PISA - Tel. 050996111  
Regione 090 - Azienda 901  
Dipartimento Area Tecnica  
Direttore Ing. Rinaldo Giambastiani  
tel. 050 995462 fax 050 996812

Prot. n° 64331

Pisa, li

16 NOV 2015

A

Oggetto: Interrogazione orali, I.O n.55, I.O n.58, I.O n.395 - risposte ai quesiti.

Facendo riferimento all'interrogazione orale dei consiglieri, Sati e Fattori, si comunica che il Progetto del Nuovo S. Chiara in Cisanello, prevede il trasferimento del reparto Dialisi, dall'attuale sede presso l'edificio n.30, al piano terra dell'edificio n.5.

Questa previsione potrà essere anticipata, nell'ipotesi in cui si trovi una collocazione provvisoria all'attività sanitaria attualmente presente nel richiamato edificio.

Nel rispondere poi all'interrogazione dei consiglieri, Galletti e Quartini, in merito alle cause di allagamento del reparto Dialisi, preme evidenziare che il fenomeno meteorologico occorso il 24 agosto è stato di un'elevata intensità e quantità di pioggia per unità di tempo del tutto eccezionale e tale da mettere in crisi il sistema di recapito degli scarichi di acque meteoriche.

L'incapacità di smaltire nell'unità di tempo questa enorme quantità di acqua piovana ha creato un anomalo accumulo della stessa, sia nelle corti dell'edificio n.30 che nella rampa prospiciente all'ingresso del reparto di Dialisi.

Per ovviare a questo inconveniente, stiamo apportando alcune modifiche al sistema di raccolta delle acque piovane che anticipi quello che sarà il futuro recapito previsto per il nuovo Ospedale di Cisanello che andrà a scaricare direttamente in Arno tramite lo scotolare, la chiusa, le idrovore e il lago di laminazione previsti e già realizzati.

Per quanto concerne i costi relativi al ripristino dell'attività, nel reparto Dialisi, questi si limitano ai costi di pulizia straordinaria, di sostituzione di alcuni pannelli 60x60 del controsoffitto e alla verifica di sicurezza degli impianti e apparecchiature prima della loro messa in funzione.

Il Direttore  
Rinaldo Giambastiani



Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana